

Kunde:
Customer: **Musterkunde**

Zeugnis-Nr.
Certificate No.

Datum
Date **01.08.2025**

Kundenbestellnummer
Customer Order No.

Kunden Artikel-Nr.
Customer Part. No.

Bestelldatum
Order date

Auftrags-Nr. / Pos.
Order No. / Item

Artikel-Nr.
Item No. **14579900**

Typ
Model **CTD9100-650**

Seriennummer
Serial number

Anzeigebereich
Scale range **40°C ... 650°C**

Fehlergrenze
error limits **+/-0,3....0,8 K**

Messstellen-Nr.
Tag No.

Referenzgerät
Reference
4316756
1109RAM6

Typ
Model
Digitalmultimeter
PRT

Prüfmittelnr.
Inspection Equipm. No.
GN A52 73184 D-K 2025
GN A65 A14250 D-K 2023

Ergebnis
Result

Luftfeuchte
Humidity **40% +/- 25%**

Temperatur
Temperature **23°C +/- 2°C**

Sollwert Set Value °C	Istwert Actual value °C	Abweichung Deviation K			
99,9	100,0	0,1			
199,9	200,0	0,1			
300,0	300,0	0,0			
399,9	400,0	0,1			
499,8	500,0	0,2			
599,9	600,0	0,1			

Der Artikel hält die geforderte Spezifikation ein.
Item keeps the required specification.

Die Überprüfung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm:
Verification was carried out according to the following standard:

Bemerkung / Remarks:

Seite
Page 2 / 2

Kunde:
Customer: **Musterkunde**

Zeugnis-Nr.
Certificate No.

Datum
Date **01.08.2025**

Abnahmebeauftragter (PI-SV)
Inspection Representative **M. Mustermann**

Prüfer
Examiner **M. Mustermann**

Dieses Abnahmeprüfzeugnis wurde elektronisch erstellt und wird hiermit vom genannten Abnahmebeauftragten bestätigt. Das Dokument gilt ohne Unterschrift.

The inspection certificate was created electronically and is hereby validated by named inspection representative. This document is valid without signature.

MUSTER